

Principios de funcionamiento

El muestreador a intervalos discretos permite tomar muestras de niveles diferentes dentro de un pozo. El muestreador se presuriza en la superficie para evitar que ingrese agua en el dispositivo mientras se baja a la profundidad de muestreo deseado. Luego, la presión se libera permitiendo que el muestreador se llene bajo presión hidrostática. El muestreador se vuelve a presurizar para mantener la estabilidad química de la muestra a medida que se recupera el muestreador a intervalos discretos. En la superficie, la muestra se retira utilizando el dispositivo de liberación de muestra.

PRECAUCIÓN DE SEGURIDAD

El uso de presiones de funcionamiento altas puede ser peligroso

Para muestreo en profundidades mayores a 200 pies (60 m) por debajo del nivel del agua, use el siguiente método para aumentar la seguridad.

Antes del muestreo: Presurice el muestreador a 100 psi (700 kPa) luego, baje el muestreador una profundidad de aproximadamente 160 pies (50 m) por debajo del agua.

A ese nivel aumente la presión a la máxima requerida, que se determinó cuando se estableció la presión de funcionamiento. Luego, baje el muestreador al nivel correcto y continúe según las instrucciones de funcionamiento.

Después del muestreo: Levante el muestreador a una profundidad de aproximadamente 160 pies (50 m) por debajo del agua, luego disminuya la presión en el muestreador a 100 psi (700 kPa). Continúe elevando el muestreador y siga las instrucciones para retirar correctamente la muestra.

Presión de funcionamiento recomendada

Profundidad (pies) por debajo del agua	Presión psi	Profundidad (m) por debajo del agua	Presión kPa
25	20	7,6	145
50	30	15,2	220
100	50	30,5	370
200	95	61,0	670
300	140	91,4	965
500	225	152,4	1.565

Capacidad del muestreador a intervalos discretos

Tamaño	Capacidad	Tamaño	Capacidad
1" x 2"	6 onzas	25,4 mm x 610 mm	175 ml
1,66" x 2"	15 onzas	38 mm x 610 mm	450 ml
2" x 2"	27 onzas	50,8 mm x 610 mm	800 ml

Muestreo con el muestreador a intervalos discretos

Nota: El dispositivo de liberación de muestra NUNCA baja al pozo.

- Antes de utilizar el muestreador a intervalos discretos, es necesario conocer dos puntos de información importantes.
 - Profundidad de muestreo deseada
 - Nivel estático de agua
- Con la manguera conectada al Muestreador Discreto de Intervalos (ver ensamblaje página 2), y la bomba ensamblada, conecte la bomba a la entrada de aire.
- Gire la válvula Pressurize/Vent a Pressurize (presurizar).
- En ese momento debe hacer un cálculo para asegurar que está operando a la presión correcta, utilizando una de las siguientes fórmulas, o la tabla en la parte inferior izquierda.

Configuración de la presión de funcionamiento

Pies	Metros
Profundidad del muestreador por debajo de la superficie (pies) - nivel estático de agua por debajo de la superficie (pies) $\times 0,43 + 10$ psi	Profundidad del muestreador por debajo de la superficie (m) - nivel estático de agua por debajo de la superficie (m) $\times 9,8 + 70$ kPa

Ejemplo

La profundidad de muestreo es de 100 pies.
El nivel estático de agua está a 30 pies $\times 0,43 + 10$ psi = 40 psi
Por lo tanto, el muestreador a intervalos discretos debe presurizarse a 40 psi para lograr un funcionamiento correcto.

- Con la bomba de aire, presurice el muestreador a intervalos discretos hasta la presión requerida.
- Desconecte la bomba de aire del carrete antes de bajar el muestreador dentro del pozo.
- Baje el muestreador a intervalo discretos dentro del pozo hasta la profundidad de muestreo deseada. Si no ha marcado la tubería, puede sujetar una cinta de medir o un Tag Line (consulte la ficha técnica del Modelo 103) al soporte de bajada para medir la profundidad de muestreo correcta.
- Una vez que el muestreador se encuentra en la profundidad de muestreo deseado, gire la válvula Pressurize/Vent a Vent (ventear). Espere de 1 a 3 minutos para que se llene el muestreador a intervalos discretos.
- Gire la válvula Pressurize/Vent a Pressurize (presurizar).
- Conecte la bomba de aire a la admisión de presión en el carrete y vuelva a presurizar el sistema como se indica en el paso 4.
- Una vez presurizado, desconecte la bomba de aire y suba el muestreador a la superficie.
- Cuando el muestreador se encuentre en la superficie y esté listo para recuperar su muestra, gire la válvula Pressurize/Vent a Vent (ventear).
- Sostenga el muestreador a intervalos discretos sobre el frasco de muestra y presione el vástago del dispositivo de liberación de muestra adentro del cuerpo de la bola de retención inferior hasta que la muestra comience a fluir del muestreador. Se puede regular el caudal simplemente ajustando la cantidad de vástago insertado dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.


Nota: Si no sale una muestra del muestreador a intervalos discretos, afloje el acople de compresión para permitir el venteo y luego tome la muestra.

Montaje

Nota: La bola de retención de PTFE se hunde en el agua. La bola de polipropileno flota en el agua.

1. Empuje el o-ring V-010 dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.
2. Coloque el o-ring V-203 dentro del cuerpo de la bola de retención inferior.
3. Inserte el espaciador de PTFE en el cuerpo de la bola de retención inferior hasta que esté al ras del borde exterior.
4. Enrosque el cuerpo de la bola de retención inferior en la placa superior a mano.
5. Deje caer la bola de retención de PTFE en la placa inferior.
6. Empuje el retén de la bola de retención en la parte superior de la placa inferior hasta que se asiente.
7. Enrosque la placa inferior en el cuerpo del muestreador a mano.
8. Coloque el o-ring V-203 dentro del cuerpo de la bola de retención superior.
9. Inserte el espaciador de PTFE en el cuerpo de la bola de retención superior hasta que esté al ras del borde exterior.
10. Enrosque el cuerpo de la bola de retención superior en la placa superior a mano.
11. Deje caer la bola de retención de polipropileno en la placa superior.
12. Presione el o-ring sobre el retén de la bola de retención en la placa superior hasta que se asiente.
13. Enrosque la placa superior en el cuerpo del muestreador a mano.
14. Conecte la manguera apretando la tuerca del acople en la rosca de unión con los dedos hasta que se sienta ajustada. Luego utilice una llave para re-ajustar (no más de 1/8 ó 1/4 de vuelta).

Conexión de manguera (soporte de suspensión)




*Juego de 10 Férulas (109113)

Descontaminación

- Notas:**
1. Siempre siga las pautas regionales de los estándares protocolarios.
 2. Reemplaze los O-rings.

El muestreador a intervalos discretos debe descontaminarse después de cada evento de muestreo.

1. Desmonte el muestreador.
2. Lave las partes del muestreador con jabón sin fosfatos.
3. Enjuague todas las partes cuidadosamente con agua desionizada y séquelas.
4. Vuelva a montar el muestreador.



Solicitud de Cotización | Mayor información

*Muestreador a intervalos discretos
Modelo 425 1,66" x 2 pies (105264)*